

Compact attract

no **Manuell rullestol**
Bruksanvisning



Denne bruksanvisning skal overleveres til sluttbrukeren.
FØR du bruker dette produktet, MÅ du lese denne bruksanvisning og
oppbevare den til senere referanse.

Küschall[®]
UNLIMIT YOUR WORLD

©2023 Invacare Corporation

Med enerett. Republisering, duplisering eller modifisering helt eller delvis er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Invacare på forhånd. Varemerker angis med ™ og ®. Alle varemerker eies av eller lisensieres til Invacare Corporation eller dets datterselskaper, med mindre annet er angitt.

Making Life's Experiences Possible er et registrert varemerke i USA.

Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon	5
1.1 Innledning	5
1.2 Symboler i dette dokumentet	5
1.3 Garantiopplysninger	6
1.4 Samsvar	6
1.4.1 Produktspesifikke standarder	6
1.5 Tiltentk bruk	6
1.6 Levetid	7
1.7 Vern av opphavsrett	7
1.8 Ansvarsbegrensning	7
2 Sikkerhet	8
2.1 Sikkerhetsinformasjon	8
2.2 Sikkerhetsutstyr	9
2.3 Merking og symboler på produktet	9
3 De enkelte deler og deres funksjon	11
3.1 Oversikt	11
3.2 Parkeringsbrems	12
3.3 Ryggelene	13
3.4 Nedfellbar rygg (ekstraustyr)	14
3.5 Stabiliseringsstag for ryggen	14
3.6 Kjørehåndtak	15
3.7 Låsbart armlene, høydejusterbart, sammenleggbart	15
3.8 Armlene, trinnløst høydejusterbart, ikke låsbar	16
3.9 Küschall armlene	17
3.10 Rørformet armlene	18
3.11 Tippsikring	19
3.12 Dreibare benstøtter	20
3.13 Dekk	20
3.14 Setepute	21
3.15 Leggstropp/hælløkke	21
4 Ekstraustyr	22
4.1 Sittestillingsbelte	22
4.2 Feste ved bruk av sele	23
4.3 Vippestøtte	24
4.4 Luftpumpe	24
4.5 Passiv belysning	24
4.6 Krykkeholder	24
5 Montering	25
5.1 Sikkerhetsinformasjon	25
6 Bruke rullestolen	26
6.1 Sikkerhetsinformasjon	26
6.2 Brems under bruk	26
6.3 Komme seg inn i og ut av rullestolen	27
6.4 Kjøre og styre rullestolen	28
6.5 Forsere trinn og kanter	29
6.6 Kjøre opp og ned trapper	30
6.7 Forsere ramper og skråninger	31
6.8 Stabilitet og balanse når du sitter	33
7 Transport	34
7.1 Sikkerhetsinformasjon	34
7.2 Legge rullestolen sammen og folde den ut	34
7.3 Ta drivhjul av og på	35
7.4 Transportere bruker i rullestol i kjøretøy	36
8 Vedlikehold	41
8.1 Sikkerhetsinformasjon	41
8.2 Vedlikeholdsplan	41
8.3 Rengjøring	43
8.4 Desinfisering	44
9 Etter bruk	45
9.1 Oppbevaring	45
9.2 Gjenbruk	45
9.3 Informasjon om kassering	45
10 Feilsøking	46
10.1 Sikkerhetsinformasjon	46

10.2	Avdekke og reparere feil	47
11	Tekniske Data	49
11.1	Mål og vekt.	49
11.2	Miljøbetingelser.	50
11.3	Materialer.	50

1 Generell informasjon

1.1 Innledning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet håndteres. Les bruksanvisningen nøye, og følg sikkerhetsinstruksjonene i den, slik at du kan bruke produktet på en trygg måte.

Du må kun bruke dette produktet hvis du har lest og forstått denne bruksanvisningen. Be om råd hos helsepersonell som har kjennskap til den medisinske tilstanden din, og avklar eventuelle spørsmål du måtte ha om riktig bruk og nødvendige justeringer, med helsepersonellet.

Vær oppmerksom på at det kan være deler av dette dokumentet som ikke er relevante for produktet ditt, ettersom dokumentet gjelder for alle tilgjengelige modeller (på trykkesidspunktet). Hvis ikke annet er angitt, viser hvert avsnitt i dette dokumentet til alle modeller av produktet.

De tilgjengelige modellene og konfigurasjonene i ditt land, står oppgitt i de landsspesifikke salgsdokumentene.

Invacare forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Før du leser dette dokumentet, må du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen. Du finner den nyeste versjonen som en PDF-fil på Invacare-nettstedet.

Hvis skriftstørrelsen i den trykte versjonen av dokumentet er vanskelig å lese, kan du laste ned PDF-versjonen fra nettstedet. Deretter kan du skalere PDF-en, slik at skriftstørrelsen passer bedre for deg.

Hvis du ønsker mer informasjon om produktet, som f.eks. produktsikkerhetsmerknader og tilbakekalling, kan du kontakte en Invacare-forhandler. Se adresser nederst i dette dokumentet.

Dersom det skjer en alvorlig hendelse i tilknytning til produktet, bør du informere produsenten og de kompetente myndigheter i landet ditt.

1.2 Symboler i dette dokumentet

I dette dokumentet brukes bestemte symboler og varselsord for å angi farer eller utrygge fremgangsmåter som kan medføre personskade eller skade på eiendom. Nedenfor finner du definisjoner av disse symbolene.



ADVARSEL

Angir en farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død dersom den ikke unngås.



FORSIKTIG

Angir en farlig situasjon som kan føre til lettere skade dersom den ikke unngås.



LES DETTE

Angir en risikofylt situasjon som kan føre til skade på materiell dersom den ikke unngås.



Tips og anbefalinger

Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger når det gjelder effektiv og problemfri bruk.

Andre symboler

(Gjelder ikke alle håndbøker)



Ansvarlig UK angir om et produkt ikke er produsert i Storbritannia.



Triman angir resirkulerings- og sortereregler (gjelder bare for Tyskland).

1.3 Garantiopplysninger

Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med våre generelle forretningsvilkår i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle leverandøren av produktet.

1.4 Samsvar

Kvalitet er avgjørende for virksomheten til selskapet, som arbeider innenfor fagområdene i ISO 13485.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med regulering 2017/745 om medisinsk utstyr klasse I.

Dette produktet er UKCA-merket i samsvar med Part II UK MDR 2002 (med endringer), klasse I.

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at selskapets påvirkning på miljøet – både lokalt og globalt – reduseres til et minimum.

Vi bruker kun materialer og komponenter som er i samsvar med REACH-forskriftene.

1.4.1 Produktspesifikke standarder

Rullestolen er blitt testet i samsvar med EN 12183. Den omfatter testing for brennbarhet.

Kontakt din lokale Invacare-representant for ytterligere informasjon om lokale standarder og regelverk. Se adresser nederst i dette dokumentet.

1.5 Tiltenkt bruk

Rullestolen er beregnet på å gi mobilitet til personer som må bruke sittende stilling, og som kjører rullestolen selv mesteparten av tiden.

Rullestolen er ikke beregnet på fysisk belastende aktiviteter – for eksempel sport – som ikke er en del av den tiltenkte (daglig) bruk.

Rullestolen kan brukes innendørs og utendørs på jevnt underlag i tilgjengelige terreng.

Tiltenkt bruker

Den tiltenkte brukeren er rullestolbrukeren og/eller en ledsager. Brukeren skal fysisk og mentalt kunne bruke rullestolen på en trygg måte (kan f.eks. kjøre, styre og bremse).

Rullestolen er beregnet for personer i alderen 12 og oppover (ungdom og voksne). Vekten av rullestolbrukeren skal ikke overstige maksimal brukervekt som er oppgitt i avsnittet for tekniske data og på identifikasjonsmerket.

Indikasjoner

- Betydelig til fullstendig tap av bevegelighet på grunn av strukturelle og/eller funksjonelle skader på lemmene i underkroppen.
- Tilstrekkelig styrke og gripefunksjon i armer og hender til å drive rullestolen fremover.

Kontraindikasjon

Det er ingen kjente kontraindikasjoner når rullestolen brukes som tiltenkt.

1.6 Levetid

Forventet levetid er fem år når produktet brukes daglig og i samsvar med anvisningene i denne bruksanvisningen om sikkerhet, vedlikehold og beregnet bruk.

1.7 Vern av opphavsrett

Denne brukerveiledningen er beskyttet av lover om opphavsrett. Verken hele eller deler av brukerveiledningen kan trykkes på nytt, kopieres eller overføres til tredjepart uten forhåndsgodkjenning fra produsenten.

1.8 Ansvarsbegrensning

Invacare erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes:

- Manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen
- Feil bruk
- Naturlig slitasje
- Feilmontering utført av kjøperen eller en tredjepart
- Tekniske endringer
- Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av uegnede reservedeler

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsinformasjon

Denne delen inneholder viktig opplysninger om sikkerheten til rullestolbrukeren og ledsageren og om hvordan rullestolen brukes på en trygg og problemfri måte.



ADVARSEL!

Fare for ulykker og alvorlig personskade

Hvis rullestolen er feil justert, kan det føre til ulykker med alvorlig personskade som resultat.

- Justering av rullestol må alltid utføres av en tekniker.



ADVARSEL!

Fare på grunn av kjørestil som ikke er avpasset forholdene

Det er sklifare på vått underlag, på grus eller i ujevnt terreng.

- Juster alltid farten og kjørestilen etter forholdene (vær, underlag, individuelle forutsetninger osv.).



ADVARSEL!

Skaderisiko

Ved kollisjoner kan de deler av kroppen som strekker seg utenfor rullestolen (f.eks. føtter eller hender), bli skadet.

- Unngå kollisjon i stor fart.
- Kjør aldri rett på en gjenstand.
- Kjør forsiktig gjennom smale passasjer.



ADVARSEL!

Fare fordi rullestolen er ute av kontroll

Ved høy hastighet kan du miste kontrollen over rullestolen og velte.

- Kjør aldri fortere enn 7 km/t.
- Unngå alle former for kollisjoner.



FORSIKTIG!

Fare for brannskade

Rullestolens komponenter kan bli varme når de utsettes for eksterne varmekilder.

- Ikke utsett rullestolen for sterkt sollys før bruk.
- Før bruk bør alle komponenter som kommer i kontakt med huden, kontrolleres med tanke på temperatur.



FORSIKTIG!

Klemfare for fingrene

Det er alltid en fare for at for eksempel fingre eller armer kan hekte seg fast i rullestolens bevegelige deler.

- Pass på at ingen kroppsdeler hekter seg fast når du bruker sammenleggings- eller innsettingsmekanismene for bevegelige deler, for eksempel den avtakbare akselen for drivhjulet, det sammenleggbare rygglenet eller tipsikringen.

2.2 Sikkerhetsutstyr



ADVARSEL!

Fare for ulykke

Sikkerhetsutstyr som er ukorrekt innstilt, eller som ikke lenger fungerer (bremser, tippssikring), kan forårsake ulykker.


- Kontroller alltid at sikkerhetsutstyrer fungerer før du bruker rullestolen, og la spesialforhandleren kontrollere det regelmessig.

Sikkerhetsutstyrets funksjoner er beskrevet i kapittel 3 *De enkelte deler og deres funksjon*, side 11.

2.3 Merking og symboler på produktet

Identifikasjonsmerke

Identifikasjonsmerket er festet til rammen på rullestolen og inneholder følgende opplysninger:



- (A) Tillverkarens adress
- (B) EAN/HMI streckkod
- (C) CE-mærkning Europeisk overensstemmelse
- (D) UKCA-mærkning Brittisk overensstemmelse
- (E) Läs bruksanvisningen
- (F) Medicinsk utrustning
- (G) Max användarvikt
- (H) Streckkod med serienummer
- (I) Serienummer
- (J) Referensnummer
- (K) Sitsbredd
- (L) Produktbeskrivning
- (M) Tillverkningsdatum

Karabinkroksymbol



ADVARSEL-symbol

Denne rullestolen er ikke beregnet for passasjertransport i et motorkjøretøy. Dette symbolet er festet til rammen nær identifikasjonsmerket.


Advarselsmerke på tippssikring



ADVARSEL: Les bruksanvisningen

Følg instruksjonene i bruksanvisningen før bruk av tippssikring.


Informasjonsmerke for sittestillingsbelte



Sittestillingsbeltet har riktig lengde når det bare er nok plass til en flat hånd mellom kroppen og beltet.

3 De enkelte deler og deres funksjon

3.1 Oversikt



Ⓐ	Kjørehåndtak
Ⓑ	Rygg
Ⓒ	Drivhjul med drivring
Ⓓ	Parkeringsbrems
Ⓔ	Svinghjulsgaffel med svinghjul
Ⓕ	Benstøtter, dreibare
Ⓖ	Fotstøtte
Ⓗ	Ramme
Ⓘ	Sete
Ⓙ	Klesbeskytter

Kort beskrivelse

Küschall Compact *attract* er en sammenleggbar, aktiv rullestol med tverrstag og dreibare benstøtter.

i Rullestolens utrustning kan avvike fra illustrasjonene fordi hver rullestol lages for seg etter spesifikasjonene i bestillingen.

3.2 Parkeringsbrems

Parkeringsbremsene brukes til å blokkere rullestolen når den står i ro, slik at den ikke begynner å rulle.



ADVARSEL!

Veltefare dersom du brems hardt

Hvis du aktiverer parkeringsbremsene mens du er i bevegelse, kan bevegelsesretningen bli ukontrollerbar, og rullestolen kan stoppe plutselig. Dette kan føre til kollisjon eller til at du faller ut.
– Aktiver aldri parkeringsbremsene mens du er i bevegelse.




ADVARSEL!

Veltefare


Parkeringsbrems vil kun virke som de skal, dersom det er tilstrekkelig med luft i dekkene.
– Sørg for å ha riktig dekktrykk, 3.13 Dekk, side 20.

Standardbrems




1. Bremsen aktiveres ved å skyve bremsespaken framover så langt som mulig.
2. Bremsen deaktiveres ved å trekke bremsespaken bakover.

Drabrems




1. Bremsen aktiveres ved å dra bremsespaken bakover så langt som mulig.
2. Bremsen deaktiveres ved å skyve bremsespaken framover.


Attract skyvebrems




1. Bremsen aktiveres ved å skyve bremsespaken framover så langt som mulig.
2. Bremsen deaktiveres ved å trekke bremsespaken bakover.

 Kjørehåndtakets spak kan foldes tilbake for å forenkle forflytninger inn i og ut av stolen. Dette gjør du ved å trekke opp spaken og legge den ned bakover.

Aktivere drabremsen



1. Bremsen aktiveres ved å dra bremsespaken bakover så langt som mulig.
2. Bremsen deaktiveres ved å skyve bremsespaken framover.


 Kjørehåndtakets spak kan foldes tilbake for å forenkle forflytninger inn i og ut av stolen. Dette gjør du ved å trekke opp spaken og legge den ned bakover.

3.3 Rygglene

Ryggtrekk

Du kan justere hvor stramt ryggtrekket skal sitte, etter behov.

Justere ryggtrekket



1. Fjern ryggputen **A**.
2. Løse borrelåsstroppene **B** på baksiden av ryggtrekket ganske enkelt ved å dra i dem.
3. Stram til eller løsne på båndene etter ønske og fest dem igjen.



ADVARSEL!

Tippefare

Dersom båndene er for løse, endres tippunktet på rullestolen til det verre.

– Kontroller at båndene sitter som de skal.

Rygghøyde

Rygglenhøyden kan justeres. Justeringen skal utføres av en tekniker.

Ryggvinkel

Ryggenevinkelen kan justeres. Justeringen skal utføres av en tekniker.

3.4 Nedfellbar rygg (ekstrautstyr)

Ryggen kan legges ned og rettes opp både når rullestolen er sammenslått og utslått.

Legge ned ryggen

1. For å legge ned ryggen må du skyve ned begge spakene på baksiden av rullestolen.
2. Skyv samtidig ryggens øvre kant bakover.

Folde opp ryggen

1. Ryggen foldes opp ved å ta tak i ryggens øvre kant og brette den oppover.

3.5 Stabiliseringsstag for ryggen


Med stabiliseringsstaget (ekstrautstyr) kan du øke stivheten i rygglenet på rullestoler med høye eller brede rygger.



LES DETTE!

- Bruk ikke stabiliseringsstaget til å løfte eller skyve rullestolen. Det kan knekke.
- Løsne stabiliseringsstaget før du slår sammen rullestolen.

Løsne stabiliseringsstaget



1. Skyv inn fjærbolten Ⓐ på festet på venstre side, og drei stabiliseringsstaget nedover.


Du kan også fjerne stabiliseringsstaget helt ved å skyve inn fjærboltene på begge sider. Stabiliseringsstaget kan deretter tas av.

3.6 Kjørehåndtak

! LES DETTE!

- Kontroller alltid kjørehåndtakene før du bruker rullestolen. Kontroller at de sitter godt, at de ikke kan dreies, og at de ikke kan dras av.

Sammenleggbare kjørehåndtak



1. Trykk knappen **A** helt inn, og drei kjørehåndtaket **B** oppover eller nedover helt til det låses med et klikk.




FORSIKTIG!

- Hvis det ikke er låst som det skal, kan kjørehåndtaket gli ut av stilling men du skyver rullestolen.
- Kontroller at kjørehåndtaket er låst som det skal.

Høydejusterbare kjørehåndtak


Det trinnløst høydejusterbare kjørehåndtaket gjør at en assistent kan justere håndtakene til et behagelig nivå.

1671054-B



1. Juster høyden på kjørehåndtakene ved å løsne bolten **A**, skyve håndtaket til ønsket stilling og stramme til bolten igjen.

3.7 Låsbart armlene, høydejusterbart, sammenleggbart



Legge sammen

1. Skyv det grå håndtaket Ⓐ og fold armlenet bakover.

Fjerne

1. Fold armlenet bakover og trekk den opp og ut av holderen på baksiden.


Montere

1. Sett armlenet ovenfra inn i holderen på baksiden.
2. Fold det ned.

Stille inn høyden

1. Løsne bolten midt på armlenet ved hjelp av en fastnøkkel.
2. Beveg armlenene oppover eller nedover helt til du finner ønsket høyde.
3. Stram til skruen.
4. Utfør denne innstillingen på begge sider.

3.8 Armlene, trinnløst høydejusterbar, ikke låsbar



ADVARSEL!

Skaderisiko

Armlenene er ikke låst og kan lett trekkes ut oppover.

- Bruk ikke armlenene til å løfte eller flytte rullestolen.
- Bruk ikke armlenene til å bære rullestolen opp og ned trapper.

Fjerne

1. Ta tak i armleneputen og trekk armlenet ut av holderen.
2. Du kan justere hvor lett eller vanskelig det skal være å trekke armlenet ut av holderen, ved å endre hvor hardt skruene Ⓒ er strammet til.

Montere

1. Skyv armlenet inn i holderen.


Stille inn høyden

1. Løsne skruen Ⓐ på festeplaten Ⓑ.
2. Beveg armlenene oppover eller nedover helt til du finner ønsket høyde.
3. Stram til skruen Ⓐ.
4. Utfør denne innstillingen på begge sider.

3.9 Kuschall armlene

Armlenet er ekstrautstyr. Det låses på plass, men kan vippes bakover, svinges utover og tas av. T-armlenepolstringen er høydejusterbar og låses også plass.

Ta av armlenet




1. Skyv utløerspaken (D), og drei armlenet oppover og ut av armleneholderen (E).
2. Drei armlenet 45° utover.
3. Trekk armlenet oppover og ut av leddet (F).

Ta av trekket


Trekket kan tas av og vaskes i maskin på 30° C.

1. Trekk ut fjærlåsebolten (B), ta tak i T-armlenepolstringen (A), og trekk den ut av holderen (C).
2. Ta trekket (H) av armlenet ved å åpne borrelåsene på begge sider.

Sette på armlenet



1. Sett trekket (H) på armlenet hvis dette ikke allerede er gjort.
2. Før leddbolten (G) på armlenet inn i leddet (F) helt til den låses med et hørbart klikk.
3. Drei armlenet nedover og inn i armleneholderen (E) helt til kroken på utløerspaken (D) låses med et hørbart klikk.
4. Trekk ut fjærlåsebolten (B), og før staget på T-armlenepolstringen (A) inn i holderen (C) til ønsket høyde.

 T-armlenepolstringen kan alternativt settes inn slik at den er vendt 180°.

5. Frigjør fjærlåsebolten, og la staget på T-armlenet låse seg med et hørbart klikk i det nærmeste hullet.

Stille inn høyden

1. Trekk ut fjærlåsebolten **(B)**, og flytt armlenepolstringen **(A)** til ønsket høyde.
2. Slipp fjærlåsebolten, og la den låse seg med et hørbart klikk i det nærmeste hullet.




ADVARSEL! **Skaderisiko**

Selv om armlenene er låst på plass, er de ikke beregnet på å tåle den samlede vekten av rullestolen og brukeren.

- Bruk aldri armlenene til å løfte rullestolen.
- Bruk ikke armlenene til å bære rullestolen opp og ned trapper.

3.10 Rørformet armlene

Det rørformede armlenet er ikke-låsbart, høydejusterbart, avtakbart, svingbart og komfortpolstret



ADVARSEL!

Fare for personskade

Armlenene er ikke låst og kan lett trekkes ut oppover.


- Bruk ikke armlenene til å løfte eller flytte rullestolen.
- Bruk ikke armlenene til å bære rullestolen opp og ned trapper.

Ta av det rørformede armlenet


1. Trekk armlenet **(A)** ut av armleneholderen **(B)**.

Montere det rørformede armlenet

1. Sett inn armlenerøret (A) i armleneholderen (B). Forsikre deg om at stoppskruen ligger i armleneholderens forsenkning.



Stille inn høyden

-  Høydejusteringen av armlenene må utføres av en tekniker, da stoppskruen må installeres med gjengelås.

3.11 Tipsikring

En tipsikring forhindrer at rullestolen tipper bakover.



ADVARSEL!

Veltefare

Tipsikringer som er feil innstilt, eller som ikke lenger fungerer, kan forårsake velt.

- Kontroller alltid at tipsikringen fungerer før du bruker rullestolen, og la en tekniker stille den inn eller justere den når det er behov for det.



ADVARSEL!

Veltefare

På ujevnt eller mykt underlag kan tipsikringen synke ned i hull eller direkte ned i bakken, slik at sikkerhetsfunksjonen blir redusert eller slutter å virke.

- Bruk bare tipsikringen når underlaget er jevnt og fast.

Aktivere tipsikringen

1. Skyv tipsikringen helt ned og sving den bakover inntil den låses på plass.



ADVARSEL!

Tippefare

En aktivert tipsikring kan henge seg fast under forsering av et trinn eller en kant.

- Deaktiver alltid tipsikringen før du kjører over et trinn eller en kant.

Deaktivere tipsikringen

1. Skyv tipsikringen helt ned og sving den forover inntil den låses på plass.


Stille inn høyden

1. Trykk på tipsikringens fjærbolt (A) og skyv den ytre delen til ønsket posisjon. La fjærbolten låses i nærmeste hull.



Hvis det er behov for ytterligere justering av høyden og/eller posisjonen, må du kontakte en tekniker.

3.12 Dreibare benstøtter



Dreie

1. Aktiver utløerspaken Ⓐ, og drei benstøttene utover.

Dreie framover

1. Drei benstøtten framover helt til den klikker på plass.

Ta av

1. Aktiver utløerspaken Ⓐ.
2. Trekk benstøtten oppover.

Ta på

1. Ta på benstøtten foran på rammen, og drei den framover til den klikker på plass.

3.13 Dekk

Korrekt dekktrykk avhenger av dekktypen:

Tabellen nedenfor gir en indikasjon. Hvis dekket ikke står oppført i tabellen, kan du se på siden av dekket, da maksimalt dekktrykk ofte vil være angitt der.

Dekk	Maks. trykk		
	bar	kPa	psi
Profildekk	7 bar	700 kPa	101 psi
Schwalbe® Marathon Plus	10 bar	1000 kPa	145 psi
Schwalbe® One	10 bar	1000 kPa	145 psi
Schwalbe® Rightrun	10 bar	1000 kPa	145 psi
Massivt dekk, profil, grått	-	-	-
Massivt dekk (KIK-type), svart	-	-	-
Massivt, lett hjul	-	-	-



Hvor vidt dekkene angitt ovenfor kan benyttes, avhenger av rullestolens utstyrssammensetning og/eller modell.



Dersom et dekk punkterer, må du ta kontakt med et egnet verksted (f.eks. sykkelverksted, sykkelforhandler el.l.) for å få slangen reparert av fagfolk.

i Dekkets størrelse er oppgitt på dekkets sidevegg. Utskifting til riktige dekk må utføres av en tekniker.



FORSIKTIG!

– Dekktrykket må være likt i begge hjulene for å unngå redusert kjørekomfort, for at parkeringsbremsene skal fungere som de skal, og for å gjøre kjøring av rullestolen enklere.

3.14 Setepute

En passende pute er nødvendig for å fordele trykket jevnt på setet.





FORSIKTIG!

Hvis en pute brukes på setet i tillegg, vil det øke din høyde over bakken, noe som kan påvirke stabiliteten i alle retninger. Hvis en pute endres, kan det også endre brukerens stabilitet. Dersom putetykkelsen forandres, må et komplett oppsett av rullestolen utføres av en tekniker.

i Bruk setepute med antiskliunderlag eller festebånd med borrelås for å unngå at seteputen sklir. Setetrekket er utstyrt med et festebånd med borrelås.

3.15 Leggstropp/hælløkke

En leggstropp og/eller hælløkke kan monteres på rullestolens benstøtte for å gi bedre posisjon for brukerens ben.



Justere hælløkkene

1. Juster hælløkkene **A** til ønsket dybde ved hjelp av borrelåsfestene.

Feste/justere leggstroppen

1. Fold rullestolen helt ut.
2. Lukk leggstroppen ved å plassere begge borrelåsstroppene **B** oppå hverandre.

4 Ekstraustyr

4.1 Sittestillingsbelte

Rullestolen kan utstyres med et sittestillingsbelte. Det hindrer at brukeren glir nedover i rullestolen, eller faller ut av den. Sittestillingsbeltet er ikke en posisjoneringssenhet.




ADVARSEL!


Fare for alvorlig personskade / kvelning

Et løst belte kan gjøre at brukeren sklir ned og det skapes en kvelningsfare.

- Sittestillingsbeltet skal monteres av en kvalifisert tekniker, og tilpasses av helsepersonell.
- Pass alltid på at sittestillingsbeltet er stramt over det nedre bekkenet.
- Hver gang sittestillingsbeltet brukes, skal det sjekkes at det passer ordentlig. Bytte av sete- og/eller ryggvinkel, pute og til og med klær kan påvirke tilpasningen av beltet.




Lukking og åpning av sittestillingsbelte




Sørg for at du sitter helt tilbake i setet, og at bekkenet er så oppreist og symmetrisk som mulig.

1. For å lukke, skyves spenne (A) inn i spennelåsen (B).
2. Trykk på PRESS-knappen (C) og trekk kroken (A) ut av spennelåsen (B) for å åpne.

Justere lengden




Sittestillingsbeltet har riktig lengde når det bare er nok plass til en flat hånd mellom kroppen og beltet.



1. Forkort eller forleng sløyfe ① etter behov.
2. Tre sløyfe ① gjennom krok ②, og plastspenne ③ helt til sløyfen er flat.
3. Sørg for at sløyfen ① er perfekt montert i plastspennen ③.
4. Sikre justeringen med stroppens ytterpunkt montert i spennen ③.

**ADVARSEL!****Fare for glidning og kvelning / Risiko for å falle**

- Justeringer må gjøres likt på begge sider, slik at spennelåsen blir i en midtposisjon.
- Sørg for at begge stroppene tres to ganger inn i spennen ③ for å unngå at beltet løsner.
- Sørg for at beltene ikke hektes opp i eikene på et av drivhjulene.

**4.2 Feste ved bruk av sele****FORSIKTIG!****Fare for å gli**

- Beltet må plasseres tett på kroppen.
- Hvis lengden på beltet er justert for å passe til en spesiell seteputehøyde, er det viktig at denne puten brukes. Hvis seteputen skiftes ut, må lengden på beltet justeres.




Seler som er CE-merket for bruk i rullestoler, kan monteres på stoler med tilsvarende CE-merking. Selen bør tilpasses av helsepersonell og monteres av en kvalifisert tekniker.



Hensikten med å bruke et belte for sittstilling er å sikre at brukeren sitter i riktig stilling, og gi ham/henne en bedre kroppsholdning.

4.3 Vippestøtte

Med vippestøtten kan ledsageren enklere vippe opp rullestolen når det er behov for det, for eksempel for å forsere trinn.



ADVARSEL!
Veltefare

– Kontroller at vippestøtten ikke stikker ut forbi drivhjulets ytterkant.

1. Hold rullestolen med kjørehåndtakene.
2. Trykk ned vippestøtten med foten slik at rullestolen vipper bakover, og hold rullestolen i denne posisjonen til du har forsert hindringen.

4.4 Luftpumpe


Luftpumpen er utstyrt med en universalventilkobling.

1. Fjern støvhetten fra ventilkoblingen.
2. Trykk ventilkoblingen på den åpne ventilen på hjulet og pump opp hjulet.

4.5 Passiv belysning

Du kan feste reflekser til bakhjulene.

4.6 Krykkeholder



ADVARSEL!
Veltefare

– Kontroller at krykkeholderen ikke stikker ut forbi drivhjulets ytterkant.

1. Plasser stokken i holderen.
2. Fest den øverste delen av stokken til rygglenet.

5 Montering

5.1 Sikkerhetsinformasjon

**FORSIKTIG!****Skaderisiko**

- Kontroller rullestolens generelle tilstand og hovedfunksjoner før du tar den i bruk, 8.2 *Vedlikeholdsplan, side 41.*

Teknikeren vil levere rullestolen bruksklar. Teknikeren vil forklare de viktigste funksjonene og sørge for at rullestolen tilfredsstill dine behov og krav.

Justering av akselstilling og svinghjulsoppheng må utføres av en tekniker.

Hvis du mottar rullestolen sammenslått, se punkt 7.2 *Legge rullestolen sammen og folde den ut, side 34.*

6 Bruke rullestolen

6.1 Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL!

Risiko for ulykker

Ujevnt dekktrykk kan ha stor påvirkning på kjøringen.

– Kontroller dekktrykket før hver tur.



ADVARSEL!

Risiko for å falle ut av rullestolen

Ved bruk av små svinghjul kan rullestolen sette seg fast ved fortauskanter eller i fordypninger i gulvet.

– Sørg for at svinghjulene er egnet for underlaget du kjører på.



FORSIKTIG!

Klemfare

Det kan være et svært lite mellomrom mellom drivhjulet og hjulskjermen eller parkeringsbremsen, og det er en fare for at fingrene dine kan komme i klem.

– Sørg for at du alltid driver rullestolen bare ved hjelp av drivringene.

Tyverialarmer og metalledetektorer

I sjeldne tilfeller kan materialene i rullestolen utløse tyverialarmer og gi utslag på metalledetektorer.

6.2 Bremse under bruk

Når du kjører, bremser du ved å overføre kraft til drivringen med hendene dine.



ADVARSEL!

Veltefare

Dersom du aktiverer parkeringsbremsene mens du er i bevegelse, kan bevegelsesretningen bli ukontrollerbar, og rullestolen kan stoppe plutselig, noe som kan føre til kollisjon eller til at du faller ut.

– Aktiver aldri parkeringsbremsen mens du er i bevegelse.



ADVARSEL!

Risiko for å falle ut av rullestolen

Hvis en ledsager senker rullestolens hastighet raskt ved å dra i kjørehåndtakene, kan brukeren falle ut av rullestolen.

– Bruk alltid sittestillingsbeltet hvis det finnes.
– Sørg for at ledsageren har fått individuell opplæring i kjøring av rullestoler med brukere.



FORSIKTIG!

Fare for brannskade på hender


Dersom du bremser lenge, vil det danne seg mye friksjonsvarme i drivringene (særlig MaxGrepp og Supergripp).

– Bruk egnede hansker.

1. Hold i drivringene, og press jevnt med begge hender helt til rullestolen stopper.

Bremse med ledsager

Med en ledsagerbrems (trommelbrems) kan ledsageren bremse rullestolen mens den er i bevegelse. Ledsagerbremsen kan også brukes som parkeringsbrems.



1. Brems ved å dra i bremsespaken på kjørehåndtaket.
2. Parker ved å dra bestemt i bremsespaken helt sikkerhetsspaken låses.
3. Løsne ved å dra i bremsespaken og løsne sikkerhetsspaken under bremsespaken.

6.3 Komme seg inn i og ut av rullestolen



ADVARSEL!

Fare for velting

Det er en høy risiko for å velte under overføringen.

- Du må bare sette deg i og flytte deg ut av rullestolen uten hjelp når du fysisk er i stand til å gjøre det.
- Ved overføring plasserer du deg så langt tilbake i setet som mulig. Dette vil forhindre skader på trekket, og muligheten for at rullestolen velter fremover.
- Kontroller at begge hjulene er vendt rett forover.



ADVARSEL!

Fare for velting

Rullestolen kan velte forover hvis du står på fotstøtten.

- Stå aldri på fotstøtten når du flytter deg inn i og ut av stolen.



FORSIKTIG!

Hvis du slipper opp eller skader bremsene, kan rullestolen rulle bort, og ut av kontroll.

- Ikke støtt deg på bremsene når du flytter deg inn og ut av stolen.



LES DETTE!

Skjermene og armlenene kan bli skadet.

- Aldri sitt på baksjermene eller armlenene når du flytter deg inn og ut av stolen.

1. Beveg rullestolen så nær som mulig til setet som du vil flytte deg til.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Fjern armlenene eller flytt dem oppover og bort.
4. Plasser føttene på bakken.
5. Hold rullestolen og, om nødvendig, ha en fast gjenstand i nærheten.
6. Flytt deg sakte til stolen.

6.4 Kjøre og styre rullestolen

Du kjører og styrer rullestolen ved hjelp av drivringene. Før du kjører uten ledsager, må du bli kjent med rullestolens tippunkt.



ADVARSEL!

Tippefare

Rullestolen kan tippe bakover dersom den ikke er utstyrt med tipsikring. Når du skal finne tippunktet, må en ledsager stå rett bak deg for å fange rullestolen dersom den tipper over.

- Ved å montere tipsikring reduserer du faren for at rullestolen skal tippe.



ADVARSEL!

Tippefare

Rullestolen kan tippe framover.

- Når du utstyrt rullestolen, bør du teste ut om den lettere vil tippe framover, og tilpasse kjøremåten i samsvar med det du finner ut.




FORSIKTIG!

Tung last som henger på ryggenet, kan påvirke rullestolens tyngdepunkt.

- Endre i så fall kjøremåten tilsvarende.

Finne tippunktet



1. Løsne bremsen.
2. Rull litt bakover, ta et godt tak i hver drivring og skyv forover med et lite rykk.
3. Denne vekslingen av vekt og styring i motsatt retning som du gjør med drivringene, vil hjelpe deg å slå fast tippunktet.

6.5 Forsere trinn og kanter



ADVARSEL!

Veltefare

Når du forserer trinn, kan du miste balansen og velte rullestolen.

- Forser alltid trinn og kanter sakte og forsiktig.
- Forser ikke trinn som er høyere enn 25 cm.



FORSIKTIG!

En aktivert tipsikring forhindrer at rullestolen tipper bakover.

- Deaktiver tipsikringen før du kjører over et trinn eller en kant.

Med ledsager



Kjøre ned et trinn

1. Kjør rullestolen helt inntil kanten og hold i drivringene.
2. Ledsageren bør holde i begge kjørehåndtakene, sette en fot på vippestøtten (hvis montert) og vippe rullestolen bakover slik at forhjulene løfter seg fra bakken.
3. Ledsageren bør deretter holde rullestolen i denne stillingen, skyve den forsiktig ned trinnet og deretter vippe den framover helt til forhjulene berører bakken.

Kjøre opp et trinn



ADVARSEL!


Fare for alvorlige personskader

Kjøring opp over trinn og kanter kan føre til at det oppstår tretthetsbrudd i rullestolens ryggplate tidligere enn forventet. Brukeren kan falle ut av rullestolen.

– Bruk alltid en vippestøtte når du kjører opp over et trinn eller en kant.

1. Kjør rullestolen bakover helt til bakhjulene berører kanten.
2. Ledsageren bør holde i begge kjørehåndtakene og vippe rullestolen slik at forhjulene løfter seg fra bakken, og deretter dra bakhjulene over kanten helt til forhjulene kan settes tilbake på bakken.

Uten ledsager



ADVARSEL!

Tippfare

Når du kjører ned et trinn uten ledsager, kan du tippe bakover dersom du ikke har kontroll over rullestolen.

- Først må du lære deg hvordan du kjører ned et trinn uten ledsager.
- Lær deg hvordan du balanserer bakhjulene, 6.4 *Kjøre og styre rullestolen, side 28.*

Kjøre ned et trinn

1. Kjør rullestolen helt inntil kanten, løft forhjulene og hold rullestolen i balanse.
2. Kjør deretter begge bakhjulene sakte over kanten. Mens du gjør dette, holder du godt i drivringene med begge hender helt til forhjulene er tilbake på bakken.

6.6 Kjøre opp og ned trapper



ADVARSEL!

Veltefare

Når du forserer trapper, kan du miste balansen og velte rullestolen.

- Bruk alltid 2 ledsagere når du skal forserer trapper med mer enn ett trinn.



1. Du kan gå opp og ned trapper ved å ta ett trinn om gangen, slik det er beskrevet ovenfor. Den første ledsageren bør stå bak rullestolen og holde i kjørehåndtakene. Den andre ledsageren bør ha et solid tak foran på rammen for å stabilisere rullestolen forfra.

6.7 Forsere ramper og skråninger



ADVARSEL!

Fare fordi rullestolen er ute av kontroll

Når du forserer skråninger, kan rullestolen tippe bakover, framover eller til siden.

- Ha alltid en ledsager bak rullestolen når du skal kjøre lange skråninger.
- Unngå sideskråninger.
- Unngå skråninger som er brattere enn 7°.
- Unngå rykkende bevegelser når du endrer retning i en skråning.




FORSIKTIG!

Rullestolen kan løpe løpsk selv på svakt skrånende underlag dersom du ikke kontrollerer den med drivringene.

- Bruk parkeringsbremsene dersom rullestolen skal stå i ro på skrånende underlag.

Kjøre oppover skråninger


Når du skal kjøre opp en skråning, må du få opp en viss fart, holde denne og samtidig styre rullestolen.



1. Bøy overkroppen framover og driv rullestolen med raske, kraftige tak på begge drivringer.

Kjøre nedover skråninger

Når du kjører nedover skråninger, er det viktig at du styrer retningen og ikke minst farten som du kjører i.



1. Len deg bakover mens du lar drivringene løpe kontrollert mellom hendene dine. Du bør kunne stoppe rullestolen når som helst ved å gripe tak i drivringene.



FORSIKTIG!

Fare for brannskade på hender.

Hvis du bremser lenge, dannes det mye friksjonsvarme i drivringene.

– Bruk egnede hansker.

6.8 Stabilitet og balanse når du sitter

Noen hverdagslige aktiviteter og handlinger krever at du lener deg utenfor rullestolen forover, til siden eller bakover. Dette har stor påvirkning på rullestolens stabilitet. Følg disse rådene for alltid å holde god balanse:


Lene seg forover



ADVARSEL! **Risiko for å falle**

Dersom du lener deg utenfor rullestolen forover, kan du falle ut av den.

- Bøy deg aldri for langt forover, og sett deg ikke lenger fram i setet for å nå en gjenstand.
- Bøy deg ikke forover mellom knærne for å plukke noe opp fra gulvet.



1. Rett svinghjulene framover. (Dette gjør du ved å kjøre rullestolen litt forover og deretter tilbake)
2. Aktiver begge parkeringsbremsene.
3. Når du lener deg forover, må ikke overkroppen strekke seg lenger fram enn svinghjulene.


Strekke seg bakover



ADVARSEL! **Risiko for å falle ut**

Dersom du lener deg for langt bakover, kan rullestolen velte.

- Len deg ikke bakover forbi ryggplaten.
- Bruk tipsikring.



1. Rett svinghjulene framover. (Dette gjør du ved å kjøre rullestolen litt forover og deretter tilbake)
2. Ikke aktiver parkeringsbremsene.
3. Når du strekker deg bakover, må du ikke strekke deg så langt at du må endre sittestilling.

7 Transport

7.1 Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL!

Skaderisiko dersom rullestolen ikke er forsvarlig festet

Ved en ulykke, en oppbremsing eller lignende kan du bli påført alvorlig personskade av løse rullestoldeler i luften.

- Fjern alltid drivhjulene når rullestolen transporteres.
- Fest alle rullestoldeler forsvarlig i kjøretøyet, slik at de ikke løsner under transporten.



LES DETTE!

Stor slitasje kan svekke styrken i de delene som bærer belastning.

- Dra ikke rullestolen over slipende overflater uten at hjulene er montert (f.eks. dra rammen over asfalt).


7.2 Legge rullestolen sammen og folde den ut



LES DETTE!

- Legg ikke rullestolen sammen eller fold den ut når rygglenet er foldet ned.

Legge sammen rullestolen




LES DETTE!

- Løsne stabiliseringsstaget (hvis montert) før du legger sammen rullestolen.

1. Fjern eventuelle seteputer.
2. Slå opp fotstøttene.
3. Trekk setetrekket oppover.
4. Nå kan du legge ned rygglenet, dersom rullestolen er av en sammenleggbart type.

Folde ut rullestolen



FORSIKTIG! Klemfare for fingrene

Det er fare for at fingrene kan komme i klem mellom kanten på setet og rammen.
– Ta aldri tak i setekanten med fingrene dine.

1. Plasser rullestolen ved siden av deg.
2. Dersom rygglenet er lagt ned, rettes den opp.
3. Vipp om mulig rullestolen litegrann mot deg.
4. Med håndflaten presser du den nærmeste setekanten slik at seteoverflaten blir jevn.

5. Sett rullestolen helt ned på gulvet igjen og kontroller at setekantene på begge sider ligger i føringsstykkene sine.
6. Slå ned fotstøttene.

7.3 Ta drivhjul av og på




ADVARSEL!

Veltefare

Dersom den avtakbare akselen til et drivhjul ikke er ordentlig låst, kan hjulet løsne under bruk. Dette kan føre til velt.

- Sørg alltid for at de avtakbare akslene blir korrekt låst når du tar på et hjul.



Ta av drivhjul

1. Deaktiver parkeringsbremsene.
2. Hold rullestolen oppe med den ene hånden.

3. Med den andre hånden holder du i det ytre eikefestet rundt hjulnavet.
4. Trykk på knappen **A** på den avtakbare akselen med tommelen. Hold knappen inne, og trekk hjulet ut av adapterhylsen **B**.

Ta på drivhjul

1. Deaktiver parkeringsbremsene.
2. Hold rullestolen oppe med den ene hånden.
3. Med den andre hånden holder du i det ytre eikefestet rundt hjulnavet.
4. Trykk på knappen **A** på den avtakbare akselen med tommelen, og hold knappen nede.
5. Skyv akselen inn i adapterhylsen **B** helt til den stopper.
6. Slipp knappen på den avtakbare akselen og sjekk at hjulet er låst på plass.

7.4 Transportere bruker i rullestol i kjøretøy

Selv når rullestolen er forsvarlig festet og reglene som er angitt nedenfor, blir fulgt, kan det oppstå skade på passasjerer ved en kollisjon eller en bråstopp. Invacare anbefaler derfor på det sterkeste at rullestolbrukeren flyttes over i et bilsete og festes med setebeltet. Du må ikke endre eller skifte ut deler av rullestolen (konstruksjon, ramme eller deler) uten skriftlig samtykke fra Invacare. Rullestolen er testet og godkjent i henhold til kravene i ISO 7176–19.



ADVARSEL!

Fare for alvorlig personskade eller død

Dersom rullestolen skal kunne brukes i et kjøretøy, må rygghøyden være minst 400 mm.

Dersom rullestolen skal transporteres sammen med brukeren i et kjøretøy, må det være montert et festesystem i kjøretøyet. Festepunktene på rullestolen og festesystemene for brukeren må være godkjent i henhold til ISO 10542-1. Kontakt den lokale Invacare-representanten eller -teknikeren for å få mer informasjon om anskaffelse og installering av et godkjent og kompatibelt festesystem.



ADVARSEL!

Dersom det av en eller annen grunn er umulig å flytte rullestolbrukeren over i et bilsete, kan brukeren transporteres i rullestolen dersom følgende regler og fremgangsmåte følges. Et transportsett (ekstrautstyr) må monteres på rullestolen i slike tilfeller.

- Rullestolen må være festet i kjøretøyet med et 4-punkts festesystem for rullestoler.
- Brukeren må bruke et 3-punkts passasjerfestesystem som er forankret i selve kjøretøyet.



ADVARSEL!

Sikkerhets- og festeordninger må kun brukes dersom rullestolbrukerens vekt er 22 kg eller mer (ISO-7176-19).

- Når brukervekten er mindre enn 22 kg, må ikke rullestolen brukes som sete i et kjøretøy.

**ADVARSEL!**

- Kontakt transportøren før en reise og spør om kjøretøyet som skal brukes, har det nødvendige utstyret som er angitt nedenfor.
- Kontroller at det er nok klaring rundt rullestolen og brukeren til å unngå at brukeren kommer i kontakt med andre rullestolbrukere, upolstrede kjøretøydeler, rullestolutstyr og forankringspunkter for festesystemet.

**ADVARSEL!**


- Kontroller at rullestolens festepunkter ikke er skadet, og at parkeringsbremsene virker som de skal.
- Det anbefales å bruke punkteringssikre dekk under transport for å unngå bremseproblemer på grunn av redusert dekktrykk.

**ADVARSEL!**

- Rullestoldeler og -utstyr som løsner under en kollisjon eller bråstopp, kan forårsake skade på bruker eller kjøretøy.
- Kontroller at alle avtakbare deler og utstyr fjernes fra rullestolen og oppbevares på en forsvarlig måte i kjøretøyet.
 - Etter ulykker, kollisjoner osv. må du få rullestolen kontrollert av en tekniker.

**LES DETTE!**

- Vi anbefaler at det blir gitt opplæring i korrekt bruk av et festesystemprodukt.
- Se i bruksanvisningen som følger med festesystemene.
 - Illustrasjonene nedenfor kan variere etter hvem som er leverandør av festesystemet.



Feste rullestolen med et 4-punkts festesystem**ADVARSEL!**

- Plasser rullestolen med brukeren vendt forover i kjøretøyet kjøreretning.
- Aktiver rullestolens parkeringsbrems.
- Aktiver tipsikringen (dersom montert).

Festepunktene for festestroppene til festesystemet på rullestolen er merket med karabinkroksymboler (se figurene nedenfor og avsnittet *Merking og symboler på produktet*).


1. Fest rullestolen til gulvskinnene ved hjelp av de fremre og bakre stroppene i det 4-punkts festesystemet. Se i bruksanvisningen som følger med det 4-punkts festesystemet.

Fremre festepunkter for festestropper:




1. Feste de fremre festestroppene over styrehjulholderne slik det er vist i de to figurene over (se plasseringen av festeetikettene).
2. Fest de fremre stroppene til skinnene i samsvar med instruksjonene fra produsenten av sikkerhetsbeltet.
3. Løsne parkeringsbremsene, og stram til de fremre stroppene ved å trekke rullestolen bakover.
4. Aktiver parkeringsbremsene igjen.

Bakre festeposisjoner for karabinkroker:



LES INSTALLASJONSHÅNDBOKEN FØR BRUK



1. Fest de bakre stroppene til bakre ramme over den bakre rammens øvre rør slik det er vist i de to figurene over (se plasseringen av festeetikettene).
2. Fest de bakre stroppene til skinnene i samsvar med instruksjonene fra produsenten av sikkerhetsbeltet.
3. Stram stroppene.



LES DETTE!


- Kontroller at karabinkrokene dekkes med sklissikkert materiale, slik at de ikke sklir sidelengs på akselen.



LES DETTE!

- Kontroller at festetappene sitter som de skal på begge sider, og at de har lik plassering på skinnene.
- Kontroller at vinkelen mellom skinnene og stroppene er mellom 40° og 45°.

Feste det 3-punkts passasjerfestesystemet



LES DETTE!

- Illustrasjonen ovenfor kan variere etter hvem som er leverandør av festesystemet.



ADVARSEL!

- Kontroller at det 3-punkts passasjerfestesystemet sitter så tett som mulig over brukers kropp uten å gi ubehag, og at beltene ikke er tvunnet.
- Kontroller at det 3-punkts passasjerfestesystemet ikke blir holdt borte fra brukers kropp av armlener, hjul eller andre deler av rullestolen.
- Kontroller at festebeltet går rett fra brukeren til forankringspunktet og ikke via deler av kjøretøyet, rullestolen, setene eller annet utstyr.
- Kontroller at hoftebeltet sitter godt inntil brukers bekken og ikke gli oppover mot mageområdet.
- Kontroller at brukeren kan nå utløsermekanismen uten hjelp.




1. Fest det trepunkts passasjerfestesystemet slik det er angitt i bruksanvisningen som følger med systemet.



LES DETTE!

- Fest hoftebeltet i 3-punkts-passasjerfestesystemet lavt over bekket, slik at vinkelen til hoftebeltet ligger innenfor det anbefalte området (A) på 30° til 75° i forhold til en vannrett linje. Det er ønskelig med en bratt vinkel, men aldri over 75°.



8 Vedlikehold

8.1 Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL!

Noen materialer svekkes naturlig over tid. Dette kan føre til skade på rullestolens enkeltdeler.

- Rullestolen må kontrolleres av en tekniker minst én gang i året eller dersom det er lenge siden den har vært i bruk.



Küschall-teknikeren kan hjelpe deg med utførelse av det regelmessige vedlikeholdet. For å finne en autorisert tekniker nær deg tar du kontakt med küschall-distributøren for landet ditt (se slutten av dette dokumentet).

8.2 Vedlikeholdsplan

Utfør de følgende kontroller og vedlikehold regelmessig for å sikre at rullestolen er trygg å bruke og driftssikker. Du kan også få en annen person til å utføre kontrollene og vedlikeholdet for deg.

	Hver uke	Hver måned	Hvert år
Kontrollere dekktrykket	x		
Kontrollere at drivhjulene sitter slik de skal	x		

	Hver uke	Hver måned	Hvert år
Kontrollere sittestillingsbeltet	x		
Visuell kontroll		x	
Sjekk svinghjulene		x	
Kontrollere bolter		x	
Kontrollere eiker		x	
Kontrollere parkeringsbremsen		x	
Få rullestolen kontrollert av en tekniker			x

Kontrollere dekktrykket

1. Kontroller dekktrykket.



Se kapittel «Dekk» for mer informasjon.

2. Fyll i luft slik at dekkene har korrekt trykk.
3. Kontroller samtidig dekkmønsteret.
4. Skift om nødvendig dekkene.

Kontrollere at drivhjulene sitter slik de skal

1. Dra i drivhjulet for å kontrollere at den avtakbare akselen er godt festet. Hjulet skal ikke kunne dras av.
2. Dersom drivhjulene ikke sitter slik de skal, må du fjerne alt smuss og avleiringer. Dersom problemet vedvarer, må de avtakbare akslene monteres på nytt av en tekniker.

Kontrollere sittestillingsbeltet

1. Sjekk at sittestillingsbeltet sikker korrekt.



LES DETTE!

- Løse sittestillingsbelter må justeres av en tekniker.
- Skadede sittestillingsbelter må byttes av en tekniker.
- Sittestillingsbelter må alltid monteres hos en tekniker.

Visuell kontroll

1. Se etter løse deler, sprekker eller andre feil.
2. Dersom du oppdager noe, må rullestolen umiddelbart kontrolleres av en tekniker.

Sjekk svinghjulene

1. Kontroller at svinghjulene løper fritt.
2. Fjern alt smuss og hårrester fra svinghjulslagrene.
3. Defekte eller slitte svinghjul må byttes av en tekniker.

Kontrollere bolter

Bolter kan løsne etter vedvarende bruk.

1. Kontroller at skruene er tilstrammet (på fotstøtten, setetrekket, rygglenet, rammen, setemodulen).
2. Stram til alle løse skruer med angitt momentkraft. Du finner informasjon om dette i servicehåndboken, som er tilgjengelig på nettet på www.kuschall.com.



LES DETTE!

- Sikkerhetsmutre og -bolter svekkes etter gjentatt løsning og tilstramming.
- Sikkerhetsmutre og -bolter bør skiftes ut av en tekniker.

Kontrollere eikestrammingen

Eikene bør ikke være løse eller bøyd.

1. Løse eiker må strammes av en tekniker.
2. Knekte eiker må skiftes ut av en tekniker.

Kontrollere parkeringsbremsene

1. Kontroller at parkeringsbremsene er i korrekt stilling. Parkeringsbremsen er riktig innstilt når parkeringsbremseskoen trykker dekket noen få millimeter inn når parkeringsbremsen aktiveres.
2. Dersom du oppdager at parkeringsbremsene ikke er korrekt innstilt, må du få en tekniker til å gjøre dette.



LES DETTE!

- Parkeringsbremsene må stilles inn på nytt dersom drivhjulene har blitt skiftet ut, eller er blitt justert.

Kontrollere etter et kraftig sammenstøt eller slag



LES DETTE!

- Rullestolen kan etter kraftige sammenstøt eller slag få skader som ikke kan sees.
- Etter et kraftig sammenstøt eller slag er det viktig at du får en tekniker til å kontrollere rullestolen.

Reparere eller skifte innerslange

1. Demonter drivhjulet, og tapp ut all luft fra innerslangen.
2. Vipp opp dekkveggen på den ene siden av felgen med en sykkeldekkavtaker. Bruk ikke skarpe gjenstander, f.eks. skrutrekker, som kan skade innerslangen.
3. Trekk ut innerslangen ut av dekket.
4. Reparer innerslangen med et sykkelappesett, eller skift slange om nødvendig.
5. Fyll slangen med litt luft slik at den blir rund.
6. Sett ventilen i ventilhullet på felgen og legg slangen på plass i dekket (slangen bør ligge utstrakt rundt dekket, uten bretter).
7. Løft dekkveggen tilbake over kanten på felgen. Bruk en sykkeldekkavtaker og begynn nær ventilen. Mens du gjør dette, kontroller du hele tiden at innerslangen ikke kommer i klem mellom dekket og felgen.
8. Fyll dekket med luft til det når korrekt driftstrykk. Kontroller at dekket ikke lekker.

Reservedeler



Alle reservedeler kan anskaffes fra en küschall-tekniker. Du finner en oppdatert liste over reservedeler på Internett på www.kuschall.com.

8.3 Rengjøring

Rullestolen din vil tjene deg godt i mange år dersom du rengjør den regelmessig.



LES DETTE!

Sand og sjøvann kan skade lagre, og ståldeler kan ruste dersom overflaten skades.

- Rullestolen må bare utsettes for sand og sjøvann i korte perioder og må rengjøres etter hver strandtur.



LES DETTE!

- Bruk ikke grovkornede slিপemidler, sterke rengjøringsmidler eller høytrykksspylere. Bruk aldri syrer, baser eller løsemidler som for eksempel acetone eller cellulosefjerner.
- Bruk alltid vanlige rengjøringsmidler.



Regelmessig rengjøring avdekker løse eller slitte deler og bidrar til mest mulig problemfri bruk av rullestolen. Sørg for at rullestolen fungerer godt og trygt ved å vedlikeholde den på samme måte som et hvilket som helst kjøretøy.

For polstring som er sterkt flekkete eller overflatefinish som er sterkt skadet, kontakt Invacare for mer informasjon.

1. Bruk følgende instruksjoner for å rengjøre dette produktet med mindre annet er spesifisert.
 - Polstring — Varmt vann og mild ikke-skurende såpe. Se instruksjonene på etiketten på setet, puten og rygglenetrekket.
 - Metall — Varmt vann og mild ikke-skurende såpe. Bilpolish og myk voks kan brukes for å fjerne slitasje og gjenopprette glansen.
 - Plast — Varmt vann og mild ikke-skurende såpe.
2. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.
3. IKKE bruk løsemidler eller midler ment for kjøkkenrengjøring.

8.4 Desinfisering

Du kan desinfisere rullestolen ved å spraye eller tørke over den med testede, godkjente desinfeksjonsmidler.



Robert Koch Institute har en oppdatert liste over godkjente desinfeksjonsmidler på www.rki.de.

9 Etter bruk



Teknikeren eller lokale myndigheter kan orientere deg om hvilke renovasjonsløsninger du kan bruke.

9.1 Oppbevaring



LES DETTE!

Fare for skade på produktet

- Oppbevar ikke produktet nær varmekilder.
- Oppbevar aldri andre gjenstander oppå rullestolen.
- Oppbevar rullestolen på et tørt rom.
- Se temperaturbegrensning i kapittelet 11.2 *Miljøbetingelser, side 50.*

Etter lengre tids oppbevaring (mer enn fire måneder) må rullestolen undersøkes slik det står beskrevet i kapittelet 8 *Vedlikehold, side 41.*

9.2 Gjenbruk

Rullestolen er egnet for gjenbruk. Følgende må gjøres:

- Rengjøring og desinfisering, *Rengjøring og 8.4 Desinfisering, side 44* i denne håndboken.
- Kontroll, *8.2 Vedlikeholdsplan, side 41* i denne håndboken.
- Rullestolen kan tilrettelegges for en ny bruker i samsvar med servicedokumentasjonen (tilgjengelig fra küschall-distributøren i landet ditt).

9.3 Informasjon om kassering

Vær miljøbevisst og kasser rullestolen på forskriftsmessig måte. Avfallshåndteringen er underlagt nasjonale og lokale regler og forskrifter.

10 Feilsøking

10.1 Sikkerhetsinformasjon

Feil kan oppstå som følge av daglig bruk, justeringer eller endret belastning av rullestolen. Tabellen nedenfor viser hvordan du kan avdekke og reparere feil.



FORSIKTIG!

– Kontakt teknikeren umiddelbart dersom du oppdager en feil på rullestolen, f.eks. en tydelig endring i styringen.



LES DETTE!

– Noen av de oppgitte handlingene må utføres av en autorisert tekniker. Disse er angitt. Vi anbefaler at *alle* justeringer utføres av en tekniker.

10.2 Avdekke og reparere feil


Feil	Mulig årsak	Handling
Rullestolen beveger seg ikke i en rett linje	Feil dekktrykk på ett drivhjul	Korrekt dekktrykk, → 3.13 <i>Dekk, side 20</i>
	Én eller flere eiker er knekt	Skift ut knekte eiker, → tekniker
	Eiker er ulikt strammet	Stram til løse eiker, → tekniker
	Svinghjulsopphenget er ikke justert riktig	Korrekt posisjon og justering av svinghjulsoppheng, → tekniker
	Svinghjulslagrene er skitne eller skadet	Rengjør eller skift ut lagrene, → tekniker
	Drivhjulene er utenfor sporet	Bytt spor, → tekniker
	Svinghjulene er ikke justert til samme høyde	Posisjoner svinghjulene slik at de berører gulvet samtidig → tekniker
Rullestolen tipper for lett bakover	Drivhjulene er montert for langt framme	Monter drivhjulene lenger bak, → tekniker
	Ryggvinkelen er for stor	Reduser ryggvinkelen, → tekniker
	Setevinkelen er for stor	Monter adapterplaten lenger nede på sideprofilen, → tekniker Velg en smalere svinghjulgaffel, → tekniker
Avtakbare aksler kan ikke settes på plass på riktig måte	De avtakbare akslene er skitne	Rengjør de avtakbare akslene
	De avtakbare akslene er skeive	Juster de avtakbare akslene, → tekniker
Parkeringsbremsene får dårlig grep eller bremser asymmetrisk	Feil dekktrykk på ett eller begge drivhjul	Korrekt dekktrykk, → 3.13 <i>Dekk, side 20</i>
	Parkeringsbremseinnstillingen er feil	Still inn parkeringsbremsen på nytt → tekniker

Feil	Mulig årsak	Handling
Rullemotstanden er svært stor	Dekktrykket i drivhjulene er for lavt Dekket er punktert	Sørg for å ha riktig dekktrykk eller skift om nødvendig slangen i dekket, → 3.13 Dekk, side 20
	Drivhjulene er ikke parallelle	Kontroller at drivhjulene er parallelle → tekniker
Svinghjulene slingrer under rask kjøring	Lagerblokken til svinghjulet er ikke stram nok	Stram til mutteren på lagerblokkakselen litt, → tekniker
	Svinghjulet er slitt helt glatt	Skift svinghjul, → tekniker
Svinghjulet henger eller sitter fast	Lagrene er skitne eller ødelagte	Rengjør eller skift ut lagrene, → tekniker

11 Tekniske Data

11.1 Mål og vekt

Mål og vekt kan endre seg i henhold til ulike konfigurasjoner. Alle mål- og vektkravene nedenfor reflekterer minimums-/maksimumsverdiene for rullestolen.



Ⓐ	Setedybde	360 – 500 mm, i trinn på 20 mm
Ⓑ	Ryggvinkel (justerbar)	82° – 102°, i trinn på 4°
	Ryggvinkel (fiksert)	90°
	Seteplansvinkel	0° – 12°
Ⓒ	Lengde fra kne til hæl	380 – 460 mm, i trinn på 10 mm
	Vinkel mellom ben og seteoverflate	95° – 120°
Ⓓ	Setehøyde foran	430 – 520 mm, i trinn på 10 mm
Ⓔ	Setehøyde bak	400 – 490 mm, i trinn på 10 mm
Ⓕ	Ryggghøyde	330 – 495 mm, i trinn på 15 mm
Ⓖ	Total lengde med fotstøtter	825 – 1155 mm
Ⓗ	Effektiv setebredde	360 – 500 mm, i trinn på 20 mm
Ⓘ	Total bredde *	535 – 730 mm
Ⓙ	Total høyde	740 – 1070 mm
	Lengde, sammenfoldet	280 – 370 mm
	Bredde, sammenfoldet	280 – 370 mm
	Høyde, sammenfoldet	740 – 1070 mm

Armlene til setehøyde	200 – 335 mm
Armlenets lengde forover	170 – 360 mm
Drivringdiameter	520 – 540 mm
Horisontal plassering av aksel (3 posisjoner, også avhengig av setevinkelen)	35 – 103 mm
Totalvekt	ca. 11.2 – 26.2 kg
Transportvekt (uten drivhjul)	ca. 8.6 – 21.9 kg
Vekten av den tyngste delen	7.2 – 12.8 kg
Maksimal brukervekt	130 kg
Minimum svingradius	920 – 1255 mm
Maksimal hellingsvinkelbrems	7°
Statisk stabilitet i lengderetning	10°
Statisk stabilitet i oppoverbakke	8°
Statisk stabilitet sideveis	10°

* I noen konfigurasjoner vil den totale bredden overstige de anbefalte dimensjonene for en rullestol.

11.2 Miljøbetingelser

Utsett ikke rullestolen for temperaturer under -20 °C eller over 40 °C.

11.3 Materialer

Komponentene som brukes til å produsere küschall-rullestoler, består av følgende materialer:

Rammerør	Aluminium
Ryggrør	Aluminium
Tverrstag	Aluminium
Setetrek/ryggtrekk	PA / PE / PVC
Kjørehåndtak	Stål/aluminium/TPE
Klesbeskyttelse/hjulskjerm	Karbonfiber eller plast
Svinghjulgafler	Aluminium
Fotstøtter	Plast
Støttedeler/ekstrautstyr	Stål/aluminium
Skruer og bolter	Stål

Alle komponenter har enten et beskyttende belegg eller er korrosjonsbestandig.



Norge:

Besøksadresse:
(Office addresses)

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Tel: (47) 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no



Invacare France Operations SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
France



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1671054-B 2023-09-08



Making Life's Experiences Possible®

Küschall®
UNLIMIT YOUR WORLD